

**Notatka bezpieczeństwa firmy Abbott Ireland Diagnostics
Division dotycząca fałszywie zawyżonych wyników testu
ARCHITECT Estradiol (nr kat. 7K72) w próbkach od pacjentek
otrzymujących fulwestrant (Faslodex)**

Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 07/04/2016 - 11:41

Załącznik:  [FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_07.04.016.pdf](#) [1]

Do archiwum: Nie

Źródłowy URL: <http://urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-abbott-ireland-diagnostics-division-dotycz%C4%85ca-fa%C5%82szywie-zawy%C5%BConych>

Odnosi

[1] http://urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_Ireland_Diagnostics_Division_07.04.016.pdf