

**Wycofanie Zestaw Do Testu Antygenowego SARS-CoV-2 (Złoto Koloidalne) firmy
Genrui**

Szanowni Klienci!

W związku ze zgłoszeniami fałszywie dodatnich zdarzeń związanych z **zestaw Do Testu Antygenowego SARS-CoV-2 (Złoto Koloidalne)** do samodzielnego testowania wytwórca, firma Genrui Biotech, wycofuje następujące dwie partie:

Partie: 20211008, 20211125.

Po dokładnym zbadaniu firma Genrui Biotech odkryła przyczynę i potwierdziła, że incydenty fałszywie dodatnich wyników są ograniczone do tych dwóch partii: 20211008 i 20211125. Firma Genrui Biotech potwierdziła, że problem ten nie wpływa na niezawodność wyników ujemnych.

Firma Genrui Biotech zobowiązała się do dobrowolnego wycofania i wymiany wszelkich niezgodnych testów dostępnych na rynku oraz szczerze przeprosza za stres i niedogodność spowodowane przez ten problem, nadal dokładając wszelkich starań, by oferować wysokiej jakości produkty i usługi.

Genrui Biotech Inc.

Data: 13 sty 2022 r.