



Katowice, 2021-07-20

Kierownicy Laboratoriów

### NOTATKA DORADCZA

Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach informuje, że w Zestawach Próbek Kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD:

**ZPK I** serii o numerze 931210701 na etykiecie produktu **931210701/01** widnieje zapis:  
**A RhD- dccee kk**, a powinno być **A RhD- dCcee kk**.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Produkcji Odczynników Serologicznych pod numerem telefonu 32 2087316.

Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
DZIAŁU PRODUKCJI ODCZYNNIKÓW  
SEROLOGICZNYCH

*dr n. med. Katarzyna Rothkegel-Kapica*