



Katowice, 2023-01-05

Kierownicy Laboratoriów

NOTATKA DORADCZA

Szanowni Państwo,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach informuje, że w Zestawach Próbek Kontrolnych:

ZPK serii o numerze 926221201 na etykiecie produktu **926221201/02** widnieje zapis:
A1 RhD- dccee kk, a powinno być: **A1 RhD- dCcee kk**.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Produkcji Odczynników Serologicznych pod numerem telefonu 32 2087316.

Za zaistniałą pomyłkę bardzo przepraszamy.

Z poważaniem

Z-CA DYREKTORA
d/s MEDYCZNYCH

Izabela Trepka
lek. med. Izabela Trepka