

1 sierpnia 2019

FORMULARZ POTWIERDZENIA

Re. ThermoScientific™ Oxoid™ Staphylect Plus

Szanowni Państwo,

Wytwórca Thermo Fisher Scientific, Microbiology (Mikrobiologia), podjął decyzję o wycofaniu produktu ThermoScientific™ Oxoid™, Staphylect Plus, produkowanego i sprzedawanego od maja 2019 r. do lipca 2019 r.

W celu spełnienia wymagań Dyrektywy IVD będziemy wdzięczni za potwierdzenie otrzymania komunikatu poprzez odesłanie uzupełnionego i podpisanego egzemplarza niniejszego formularza za pośrednictwem e-maila lub faksu Działu Obsługi Klienta do wskazanego dnia - ***uwaga dystrybutora: do Działu Obsługi Klienta lokalnego dystrybutora, tj. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., tel. +48 61 84 74 637, e-mail: incydeny@argenta.com.pl, do dnia 21 sierpnia 2019.**

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać jakiegokolwiek informacje dodatkowe, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia - ***uwaga dystrybutora: z Działem Obsługi Klienta lokalnego dystrybutora, Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., tel. +48 61 84 74 637.**

Z poważaniem,

Podpisano :
Tytuł :
Firma :

POTWIERDZENIE OTRZYMANIA WIADOMOŚCI

Potwierdzam otrzymanie PILNEGO KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU ThermoScientific™ Oxoid™ Staphylect Plus, datowanego na 1 sierpnia 2019 r.

Potwierdzam, że produkt został zniszczony.

Ilość zniszczonych opakowań

Proszę o wymianę opakowań (proszę podać, nawet jeśli nie wymaga się)

Podpisano.....

Nazwisko i jednostka (DRUKOWANE)..... Stanowisko.....

Data..... Adres e-mailowy/Numer telefonu.....