

**Komunikat ws. bezpieczeństwa stosowania produktu — Formularz zwrotny dystrybutora
/ klienta z wyborem opcji**

1. Informacja o komunikacie ws. bezpieczeństwa stosowania produktu (FSN)	
Identyfikator FSN*	CAPA-149 / 6.6.2-2022-7340
Data FSN*	31 stycznia 2022
Nazwa produktu / urządzenia*	Podstawa jezdna do respiratora Breas
Kod(y) produktu	REF 007384
Numer(y) partii / seryjny/-ne	Podstawy jezdne (wózki) do respiratora (007384) dystrybuowane w okresie od 11 czerwca 2020 do 3 grudnia 2021.

2. Dane dystrybutora / importera	
Nazwa przedsiębiorstwa*	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Adres*	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Adres dostawy (o ile różny od powyższego)	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Nazwisko kontaktu*	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Stanowisko lub rola	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Numer telefonu*	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Adres e-mail*	Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.

3. Potwierdzenie zwrotu do Breas Medical	
Adres e-mail	fsn@breas.com
Infolinia	+46 31 86 88 40 (wsparcie techniczne)
Adres korespondencyjny	Företagsvägen 1, 43533 Mölnlycke, Szwecja
Serwis internetowy	breas.com
Termin odesłania formularza zwrotnego dystrybutora / klienta*	02 marca 2022

CIĄG DALSZY NA ODWROCIE →

To ważne, żeby Twoja organizacja podjęła działania wyszczególnione w komunikacie ws. bezpieczeństwa stosowania produktu i potwierdziła odbiór komunikatu.

Odpowiedź ze strony Twojej organizacji będzie dowodem niezbędnym nam do monitorowania postępów działań naprawczych.

4. Dystrybutorzy / Klienci (zaznaczyć wszystkie pozycje znajdujące zastosowanie)		
<input type="checkbox"/>	* Potwierdzamy odbiór i przeczytanie ze zrozumieniem niniejszego komunikatu ws. bezpieczeństwa stosowania produktu.	
<input type="checkbox"/>	* Zidentyfikowaliśmy klientów, do których trafiły podstawy jezdne do respiratora Breas potencjalnie dotknięte problemem.	Liczba klientów, których dotyczył problem: Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
<input type="checkbox"/>	* Zawiadomiliśmy tych klientów o komunikacie ws. bezpieczeństwa stosowania produktu.	Data/-ty podania do wiadomości: Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
<input type="checkbox"/>	* Opcja 1: Dotknięte problemem podstawy jezdne do respiratora poddamy kontroli — oraz, odpowiednio do potrzeb, naprawie — przy pomocy zapewnionych przez Breas Medical zestawów kontrolno-naprawczych.	Wymagana liczba zestawów kontrolno-naprawczych: Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
ALBO <input type="checkbox"/>	— Opcja 2: Życzymy sobie kontaktu ze strony Breas zorientowanego na wymianę słupków podstawy jezdnej, obejmującą nowe zespoły łącznika obrotowego i przegubu. Podejmujemy się wymiany słupków podstawy jezdnej w dotkniętych problemem podstawach jezdnych do respiratora.	Wymagana liczba słupków podstawy jezdnej: Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
<input type="checkbox"/>	* Zniszczymy wymieniane zespoły łącznika obrotowego (Opcja 1) bądź słupki podstawy jezdnej (Opcja 2).	
Nazwisko, drukowanymi literami*		Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić tekst.
Podpis*		
Data*		Kliknij albo dotknij, aby wprowadzić datę.

* Gwiazdką wyróżniono pola, których wypełnienie jest obowiązkowe.

To ważne, żeby Twoja organizacja podjęła działania wyszczególnione w komunikacie ws. bezpieczeństwa stosowania produktu i potwierdziła odbiór komunikatu.

Odpowiedź ze strony Twojej organizacji będzie dowodem niezbędnym nam do monitorowania postępów działań naprawczych.