



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

Formularz informacji zwrotnej o czynności terenowej, podjętej przez Dystrybutora/Importera

1. Informacja dotycząca notatki bezpieczeństwa	
Numer referencyjny notatki bezpieczeństwa	2020FA0005
Data notatki bezpieczeństwa	11 sierpnia 2020 r.
Nazwa produktu/urządzenia	Wewnątrznaczyniowy stent-graft brzuszny Zenith Alpha®
Kod(y) produktu oraz numer(y) partii	Proszę zapoznać się z załączoną listą numerów serii dotkniętych wadą

2. Szczegółowe informacje o Dystrybutorze/Importersze	
Nazwa firmy	
Numer rachunku	
Adres	
Adres wysyłki, jeśli jest inny niż powyższy	
Imię i nazwisko osoby kontaktowej	
Tytuł lub stanowisko	
Numer telefonu	
E-mail	

3. Potwierdzenie należy odesłać do Nadawcy	
E-mail	European.FieldAction@CookMedical.com
Infolinia Dystrybutora/Importera	Proszę zapoznać się z załączoną listą krajowych danych kontaktowych
Ostateczny termin odesłania formularza informacji zwrotnej do Dystrybutora/Importera	Proszę odesłać niniejszy formularz w przeciągu 5 dni od otrzymania niniejszej wiadomości

4. Dystrybutorzy/Importerszy (zaznaczyć wszystkich właściwych)	
<input type="checkbox"/>	Potwierdzam otrzymanie, przeczytanie oraz zrozumienie Notatki bezpieczeństwa.
<input type="checkbox"/>	Zidentyfikowaliśmy i poinformowaliśmy klientów o niniejszej Notatce bezpieczeństwa (FSN). Data komunikacji:
<input type="checkbox"/>	Podjęto działania w celu przeprowadzenia zwrotu urządzeń – należy wpisać numer partii i ilości urządzeń w tabeli poniżej.
<input type="checkbox"/>	Ani nasza organizacja, ani żaden z naszych klientów, nie posiada na stanie urządzeń dotkniętych wadą
Imię i nazwisko drukowanymi literami	
Podpis	
Data	



COOK MEDICAL EUROPE LTD.
O'HALLORAN ROAD
NATIONAL TECHNOLOGY PARK
LIMERICK, V94 N8X2, IRELAND
TEL: +353 61 334440 FAX: +353 61 334441
WWW.COOKMEDICAL.EU

Jeśli zwracają Państwo produkt dotknięty wadą, prosimy podać numer części, numer partii i ilość sztuk:

Numer referencyjny urządzenia	Numer partii wyrobu	Liczba sztuk

Istotne jest, by Państwa organizacja podjęła działania wymienione w Notatce bezpieczeństwa, oraz potwierdziła otrzymanie niniejszej Notatki bezpieczeństwa. Odpowiedź ze strony Państwa organizacji stanowi dowód, że konieczne jest objęcie obserwacją działań naprawczych.