

PILNE: WYCOFANIE WYROBU MEDYCZNEGO

Dotyczy: jednobiegunowe elektrody wysokiej częstotliwości do resekcji — ograniczona trwałość przewodu pętli

Numer modelu	Numer(y) partii
A22201A	16162P03L003; 16167P03L001; 16168P03L002; P1690003; P1690005; P1690005; P16X0001; P1710001;
A22201C	16174P03L001
WA22037C	Partia objęta QIL nie została wprowadzona do obrotu w Polsce

Niniejszym potwierdzam otrzymania informacji dotyczącej wycofania produktu odnośnie jednobiegunowych elektrod wysokiej częstotliwości, o których mowa powyżej. Rozumiem, że muszę sprawdzić posiadane wyroby, oraz że korzystanie z elektrod, których dotyczy niniejsze zgłoszenie, nie jest zalecane.

Należy skontaktować się z Centrum Serwisowym firmy, dzwoniąc pod numer telefonu **52 360 27 10**. Uzyskają Państwo instrukcje zwrotu elektrod, których dotyczy niniejsze zgłoszenie, a także zostaną Państwo poinformowani, w jaki sposób otrzymać bezpłatny produkt zamienny lub notę kredytową.

Zaznaczyć A lub B:

- A) _____ Potwierdzam sprawdzenie posiadanych wyrobów i BRAK elektrod, których dotyczy niniejsze zgłoszenie.
- B) _____ Potwierdzam sprawdzenie posiadanych wyrobów i zwrot następującej liczby elektrod, których dotyczy niniejsze zgłoszenie:

Numer modelu	Numer partii	Liczba

Placówka / Szpital (pełna nazwa):

Adres:

Kod pocztowy / Miejscowość:

Kraj:

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

Wypełniony i podpisany formularz odpowiedzi należy przesać do firmy Olympus faksem na numer 22 831 04 53 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail chirurgia.polska@olympus-europa.com