

3 stycznia 2011 r.

**PILNE DOBROWOLNE WYCOFANIE Z RYNKU PRODUKTÓW:  
szwy ETHILON™, ETHIBOND™ oraz szwy  
z włókien poliestrowych MERSILENE™  
i szwy MERSILK™, WIELE SERII**

Szanowni Państwo,

ETHICON przeprowadza dobrowolne wycofanie z rynku wielu serii (patrz Załącznik 1) szwów **ETHILON™ (czarne, niebieskie), ETHIBOND™, MERSILENE™ oraz MERSILK™**. Powyższe działanie jest podejmowane na skutek potencjalnej wady opakowania wybranych serii powyższych produktów, wyprodukowanych w okresie od września 2010 r. do grudnia 2010 r. Wada ta mogłaby osłabiać szczelność opakowania określonych kodów/serii produktu, w związku z czym nie moglibyśmy zapewnić sterylności tych produktów.

UWAGA: POWYŻSZE WYCOFANIE Z RYNKU DOTYCZY WYŁĄCZNIE KODÓW I NUMERÓW SERII szwów Ethilon™ (czarne, niebieskie), Ethibond™, Mersilene™ oraz Mersilk™ OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU 1, ogółem sto cztery (104) serie. POWYŻSZE WYCOFANIE Z RYNKU NIE OBEJMUJE POZOSTAŁYCH KODÓW PRODUKTU.

Jeśli posiadają Państwo produkty oznaczone wymienionymi kodami i numerami serii, należy natychmiast przerwać ich używanie oraz usunąć wycofywane artykuły z magazynu i zwrócić zgodnie z instrukcjami przedstawionymi poniżej.

- Wszelkie wycofywane produkty wymienione w Załączniku 1 znajdujące się w Państwa magazynie należy natychmiast umieścić w kwarantannie (kwarantanna fizyczna – klatka lub inne odpowiednie ograniczenie dostępu)

Wszelkie produkty wycofywane w ramach wycofywania produktu z rynku należy odesłać na następujący adres:

**Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.**  
**Ul. Szyszkowa 20**  
**02-285 Warszawa**

Prosimy załączyć kopię Formularza potwierdzenia zwrotu (w załączeniu) do zwracanych produktów oraz przesłać zeskanowaną kopię formularza (z podpisem) na adres e-mail: [gkolodzi@its.jnj.com](mailto:gkolodzi@its.jnj.com). Ewentualnie mogą Państwo przesłać kopię formularza **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. Ul. Iłżecka 24 00-153 Warszawa** lub przesłać formularz faksem **22-237-83-00**.

Prosimy o przekazanie niniejszej informacji osobom w Państwa organizacji, które powinny zostać poinformowane o tym działaniu lub do każdego podmiotu, do którego potencjalnie mógł zostać przekazany wycofywany produkt.

Niżej podpisana potwierdza, że niniejsze powiadomienie zostało zgłoszone właściwej europejskiej agencji rejestracyjnej.

Z poważaniem,

Grzegorz Kołodziej  
Przedstawiciel Działu Obsługi Klienta

Tel.: 22-237-82-81

Faks: 22-237-83-00

**NR REF.:**

Pojedyncze kody: Ethicon, Ethicon, Marseline

**Formularz zwrotu**

Prosimy o terminową odpowiedź na niniejsze zawiadomienie o wycofaniu produktów. Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie go faksem do **Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 022-237-83-00** w ciągu **3 dni roboczych**, **nawet w przypadku, jeżeli NIE posiadają Państwo produktu do zwrotu**. Jeżeli posiadają Państwo kwestionowany produkt do zwrotu, prosimy o wykonanie kserokopii wypełnionego „Formularza zwrotu” i dołączenie go do zwracanego produktu. Dziękujemy za współpracę.

**Nie posiadamy kwestionowanego produktu do zwrotu.**

Kod produktu	Nr serii	Opis produktu	Ilość produktu w magazynie
663H	CL2BKHR0	Nici chirurgiczne	
663H	CL2BKJR0	Nici chirurgiczne	
869G	CL2DKBN0	Nici chirurgiczne	
EH7143H	CK2CZHQ0	Nici chirurgiczne	
EH7795H	CL2BRRQ0	Nici chirurgiczne	
EH7798H	CK2CHLQ0	Nici chirurgiczne	
W1616T	CL2CKZQ0	Nici chirurgiczne	
W1620T	CK2GBWQ0	Nici chirurgiczne	
W1621T	CK2GRBQ0	Nici chirurgiczne	
W1625T	CK2DSLQ0	Nici chirurgiczne	
W1626T	CL2BMZQ0	Nici chirurgiczne	
W1675	CK2CCXQ0	Nici chirurgiczne	
W1685T	CK2DXKQ0	Nici chirurgiczne	
W1851T	CK2CLHR0	Nici chirurgiczne	
W320	CK2BMBQ0	Nici chirurgiczne	
W320	CK2CTDQ0	Nici chirurgiczne	
W320	CK2DDQQ0	Nici chirurgiczne	
W320	CL2BXGQ0	Nici chirurgiczne	
W526	CK2CTGQ0	Nici chirurgiczne	
W6761	CK2CBLN0	Nici chirurgiczne	
W6767	CL2BHXN0	Nici chirurgiczne	
W6977	CK2DPKN0	Nici chirurgiczne	
W737	CK2BMLR0	Nici chirurgiczne	
W737	CL2CXJR0	Nici chirurgiczne	
W748	CK2GMWS0	Nici chirurgiczne	
W749	CM2BQLS0	Nici chirurgiczne	
W776	CK2CDKQ0	Nici chirurgiczne	
W786	CK2DLHQ0	Nici chirurgiczne	

W786	CK2DLHQ0	Nici chirurgiczne	
W786	CL2CPPQ0	Nici chirurgiczne	

**Imię i nazwisko/Podpis/Data**

\_\_\_\_\_  
**Nazwa szpitala**

\_\_\_\_\_  
**Numer klienta**

Prosimy odesłać Formularz Zwrotu na numer faxu

**22 237 83 00**