

PILNA NOTATKA BEZPIECZEŃSTWA – DALSZY INFORMACJE

Dostępność oprogramowania w wersji 5.13.4 Modyfikacja (MOD) 58 dla analizatorów ORTHO VISION® i ORTHO VISION® Max

Proszę wypełnić i odesłać faksem lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego pliku pdf, najpóźniej do:

11.02.2022

Wysłać
do: Edyta Dąbrowska

Adres e-mail:
regulatory_pl@pl.diasorin.com

Wysłać do:
11.02.2022 Fax: 22 223 62 61

Nazwisko i adres

Prosimy o weryfikację nazwiska i adresu do korespondencji:

Proszę wypełnić w przypadku zmian

Laboratorium/
Kontakt: _____

Adres: _____

Miasto: _____ Woj.: _____ Kod pocztowy: _____

Telefon: _____ Fax: _____

e-mail: _____

Proszę potwierdzić

Otrzymaliśmy pilną notatkę bezpieczeństwa (CL2021-192a_EU) dotyczącą dostępności oprogramowania aplikacji wersja 5.13.4, modyfikacja (MOD) 58 dla analizatorów ORTHO VISION® i ORTHO VISION® Max.

Rozumiemy, że należy zachować załączone wytyczne użytkownika roztworu 0,5 M wodorotlenku sodu (NaOH) z aplikacją w wersji 5.13.4, Modyfikacja (MOD) 58 dla ORTHO VISION® i ORTHO VISION® Max.

Nazwisko
drukowanymi
literami: _____

Nr telefonu: _____ Data: _____

Uwagi: _____

Podpis:

Wymagany
Stanowi potwierdzenie
otrzymania informacji i
zapoznania się z nią