

Załącznik 1: Środki ostrożności

Alarmy związane z zabiegiem	
Środki ostrożności podczas ustawiania terapii:	<ul style="list-style-type: none"> • Zmienić wstępnie ustawiony limit nadzoru UF 2-28-0 na +/- 200 ml. • Nie przepisywać/nie stosować przepływów płynu do dializy mniejszych niż 500 ml/min. Mniejszy przepływ płynu do dializy tylko nieznacznie wpłynie na klirens przy stosowaniu mniejszych dializatorów, takich jak dializatory Polyflux 2H lub 6H.
Inne instrukcje podczas leczenia:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolować spadek masy ciała pacjenta podczas leczenia. • Sprawdzić skumulowaną objętość UF w menu UF, która jest wyświetlana z dwoma miejscami po przecinku. • W miarę możliwości unikać występowania alarmów dotyczących ciśnienia tętniczego i żylnego i (lub) alarmów dotyczących przewodnictwa oraz rozważyć zwiększenie zakresu ciśnienia. Alarmy powodują zatrzymanie urządzenia, wywołując tymczasowy wzrost ciśnienia w filtrze po stronie krwi i przenoszenie małych objętości filtratu na stronę płynu. • Utrzymywać połączenia koncentratu czyste i wolne od kryształków soli. • Podczas wykonywania terapii pojedynczą igłą, zmniejszać punkty przełączania ciśnienia żylnego, aby zminimalizować UF z powodu wysokiego ciśnienia żylnego.

Wyciek z ultrafiltra	
Ogólne środki ostrożności:	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolować spadek masy ciała pacjenta podczas leczenia. • Dodać punkt kontrolny do karty leczenia pacjenta, aby upewnić się, że taca detektora wycieków jest sucha podczas leczenia. • Nie przekraczać ośmiu dezynfekcji "CleanCart A" w okresie ważności ultrafiltra U 9000.
Przed podłączeniem pacjenta o niskiej masie ciała:	<ul style="list-style-type: none"> • V2: Sprawdzić, czy w <u>tacy detektora wycieku</u> nie ma płynu. • V1: Sprawdzić, czy <u>pod ultrafiltrem</u> nie ma płynu. • Jeśli występuje płyn, wymienić ultrafiltr. Upewnić się, że jest bezpiecznie umieszczony w uchwycie i wykonać dezynfekcję przed użyciem urządzenia. • Po dezynfekcji upewnić się, że taca detektora wycieków (w urządzeniu V2)/powierzchnia pod ultrafiltrem (w urządzeniu V1) jest wciąż sucha.
W przypadku wystąpienia alarmu wycieku płynu (V2) lub płynu pod ultrafiltrem (V1)	<ul style="list-style-type: none"> • Natychmiast przerwać leczenie. • Wymienić ultrafiltr i upewnić się, że jest bezpiecznie umieszczony w uchwycie. • Wykonać dezynfekcję przed ponownym użyciem urządzenia. • <i>Uwaga: Alarm urządzenia nie dotyczy urządzeń AK 98 V1.</i>